



广微测
Gmicro Testing



201819000883



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2021FM22922R01

样品名称

Name of Sample

卢森地板 雅居系列 Dream house

委托单位

Applicant

上海柏赋家居有限公司

检测类型

Test Type

单位地址:

广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address:

Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码:

510070

Postcode:

电话号码:

(020)87137666

Tel:

传真号码:

(020)87137668

Fax:

网

址:

www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing



201819000883



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2021FM22922R01 校验码 (Verification Code): 71409528

样品名称 Name of Sample	卢森地板 雅居系列 Dream house	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	上海柏赋家居有限公司	地址 Address	上海市金钟路 767 弄 1 号 3 层
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	12 块
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	1380×193×8 mm 批次 KP620971	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2021-11-05	检测完成日期 Completion Date	2021-11-22
检测项目 Item Tested	抗菌性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	LY/T 1926-2020		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	生产厂家: SWISS KRONO sp. z o.o. (由委托方提供)		

签发日期: 2021-11-29

Issue Date

(机构盖章 Official Seal)

检验检测专用章

制表:
Editor

常忆婷

审核:
Verifier

孙延所

批准:
Approver

陈保



广微测
Gmicro Testing



201819000883



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2021FM22922R01

测试微生物	空白对照样品 24h 后 平均回收菌数 (cfu/片)	抗菌处理人造板或木(竹) 制品 24h 后平均回收菌数 (cfu/片)	抗(细)菌率 (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) ATCC 25922	4.8×10^6	<20	>99.99
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	4.0×10^6	20	99.99

(以下空白)

分析

测专用



广微测
Gmicro Testing



201819000883



推荐实验室

报告编号 (Report No.): 2021FM22922R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

The Test report is invalid without signature of verifier and approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 本检测报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 本报告检验结果仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本单位不对其真实性负责。

For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.

多普中心章